

試験研究支援機器・器材
ガス吸着試験用チャンバー
SGA型



各種計測システムの販売・サービス
 SYSTEM COORDINATION & BRIDGE

エス・シー・ビー

〒063-0061 札幌市西区西町北14丁目3番11号

TEL/FAX 011-663-6753


E-mail: scb_tsuji@kna.biglobe.ne.jp

URL : <http://www7a.biglobe.ne.jp/~SCB/>

本装置は安価な塩ビ材料を使用した、牛の糞尿処理に関するガスの脱硫試験等に用いる試験槽です。蓋部はファスナーで簡単に脱着ができるようになっています。



蓋部
 (温度センサ付き)



概略仕様

■寸法・仕様

チャンパー部
 外径φ216×内径φ196×高さ550mm (蓋部は含まず)
 吸着剤設置有効寸法：φ196×高さ450mm
 仕切多孔板：厚み10mm (脱着可)
 孔径：φ15mm
 底板寸法：φ300×厚み10mm
 廃液バルブ、ガス供給バルブ付き (配管径φ18mm)
 材質：塩ビ製 (仕切多孔板：透明塩ビ製)

蓋部
 外径φ216×厚み10mm (固定ファスナー部は含まず)
 シリコン製パッキン付き
 排気管：外径φ18mm
 温度センサ取付孔：φ21mm
 材質：透明塩ビ製
 (蓋部の排気管にバルブを付けることも可能)

■関係器材 (オプション)

温度測定センサ
 白金測温抵抗体：Pt100Ω、φ3.2×L350mm リード線2m付き
 センサ挿入用シリコン栓付き

温度測定器
 データロガー等各種選択可能

※改良のため仕様・形状など変更になる場合があります。