

試験研究支援機器・器材
 φ150法凍上試験用モールド
 SMO-150型



各種計測システムの販売・サービス

エス・シー・ビー


〒063-0061 札幌市西区西町北14丁目3番11号

TEL/FAX 011-663-6753

E-mail: scb_tsuji@kna.biglobe.ne.jp

URL : http://www7a.biglobe.ne.jp/~SCB/

φ150法による土の凍上試験方法に準拠した透明アクリル製モールドです。モールド本体・有孔底板・カラーで構成されています。



概略仕様

材質	透明アクリル製
寸法	外径φ200/170（内径φ150）×高さ205mm
■構成	
モールド本体	外径φ200/170（内径φ150）×高さ175mm
有孔底板	外径φ156×厚さ10mm
カラー	外径φ170（内径φ150）×高さ50mm

※改良や諸事情のため仕様・形状など変更になる場合があります。